



UPUTA

O NAČINU UNOSA VALJANOSTI OVJERNOG ŽIGA U MJERITELJSKOJ APLIKACIJI

Pravilnikom o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 133/20) propisano je da ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje označeno ovjernom oznakom u obliku naljepnice počinje teći od prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je ovjeravanje obavljeno i vrijedi do kraja označenog mjeseca i godine ovjernog razdoblja propisanog člankom 2. gore spomenutog pravilnika.

Prilikom upisa podataka o ovjeri u mjeriteljskoj aplikaciji u ćelijama stupca „Valjanost ovjernog žiga“ potrebno je ručno upisati datum valjanosti ovjernog žiga (ovjernog razdoblja).

Gumb „Izračunaj valjanost ovjernog žiga“ ne koristiti

GUMB NE KORISTITI !!

Upisati broj ovjerne oznake

Upisati datum valjanosti ovjernog žiga

Upisati broj mjeritelja

Upisati godinu ovjeravanja

Datum pregleda

Redni brojevača žiga	Mjerno područje	Štambena oznaka tipa	Broj ovcjenice	Naziv kontrolna mjera	Adresa kontrolna	Mjesto pregleda	Država	Institucija	Datiranj	RBR	Godina	Kvartal	Država	Institucija	Datiranj	RBR	Godina	Kvartal	Neusklađenost	Broj Ovcjenice	Valjanost ovjernog žiga	Ur. br. ovcjenice	Datum ispisa ovcjenice
1	D-WIKA	0 10 HR P 1 1005		INA-Industija na. Av. Vedešćeva H.	STSI d.o.o. Grab.	HR	48	01	00255	2019	IV	HR	1	01	00000	00000	2019	IV			1.1.2020.		
2	D-WIKA	0 10 HR P 1 1005		INA-Industija na. Av. Vedešćeva H.	STSI d.o.o. Grab.	HR	48	01	00255	2019	IV	HR	1	01	00000	00000	2019	IV					
3	D-AFRISO	0 10 HR P 1 1005		INA-Industija na. Av. Vedešćeva H.	STSI d.o.o. Grab.	HR	48	01	00325	2019	IV	HR	1	01	00000	00000	2019	IV					
4	D-WIKA	0 12 HR P 1 1005		INA-Industija na. Av. Vedešćeva H.	STSI d.o.o. Grab.	HR	48	01	00000			HR	1	01	00000	00000							
5	D-WIKA	0 12 HR P 1 1005		INA-Industija na. Av. Vedešćeva H.	STSI d.o.o. Grab.	HR	48	01	00000			HR	1	01	00000	00000							
6	D-WIKA	0 12 HR P 1 1005		INA-Industija na. Av. Vedešćeva H.	STSI d.o.o. Grab.	HR	48	01	00250	2019	IV	HR	1	01	00000	00000	2019	IV					
7	D-WIKA	0 12 HR P 1 1005		INA-Industija na. Av. Vedešćeva H.	STSI d.o.o. Grab.	HR	48	01	00324	2020	IV	HR	1	01	00000	00000	2020	IV					

Prilikom izdavanja ovjernice paziti na unos valjanosti ovjernog žiga, i na unos rednog broja ovjernog žiga.

Redni broj ovjernog žiga se upisuje kao HR 1(oznaka tijela za ovjeru) /00123 (redni broj ovjerne oznake).

Pravilnik o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava

OVJERNICA br.
CERTIFICATE OF VERIFICATION

Podnosiitelj zahtjeva:
Applicant

Vrsta i korisnik mjerila:
Measuring instrument

Mjerno:
Measuring instrument

Proizvođač:
Manufacturer

Vrsta:
Type

Skupina oznaka tipa mjerila:
Description of measuring instrument type approval

Serijski broj:
Serial number

Šifra ovlaštenog mjeriteljske:
Code of authorized verifier

Redni broj godišnjeg ovjerenog tipa:
Current number of yearly calibration seal

Valjanost ovjerenog tipa:
Validity of verification seal

Odgovorna osoba:
Authorized person

Datum:
Date

HR 1/01

HR 1/00123

31.01.2022.

07.01.2021.

Ova je isprava izdana na temelju Zakona o mjerenjima ("Službeni glasnik" br. 74/14 i 111/18). Ovjernica nije valjana bez potpisa i žiga. Otkrivena ovjerna oznaka se smatra svađanom i izdavanje oznaka se otkazuje. Umnožavanje Ovjernice dopušteno je samo u cijelosti.

This Certificate of verification is issued in accordance with the Law on Metrology ("Službeni glasnik" No. 74/14, 111/18). A Certificate of verification without signature and seal is not valid. Reproductions of this certificate of verification is not allowed without permission by State Office for Metrology. This certificate may not be reproduced other than in full.

Zagreb, 2020-12-28

Služba za mjeriteljstvo